

部位選択できない/デンタルに表示されない

■ 設定確認

- ・『RF929_IP』が選択されているかご確認をお願いします。

読込データ

画像ファイル スキャナ(TWAIN機器)

一般画像

デンタル部位指定なし

RF929_IP

パノラマ

セファロ

TWAIN機器の選択

TWAIN機器からの入力

ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

[お問い合わせはこちら](#)